

厦门高科防静电装备有限公司

Xiamen Gaoke Antistatic Equipment Co., Ltd.

检测数据单 Test Report

1. 样品信息和检测方法 Sample details and test methods

送样单位 Sample test organization	漳州市康维医疗器械有限公司 Zhangzhou Kangwei Medical Devices Co., Ltd.	送样人及电话 Person of sample delivery	吴强韩 /13788863111
样品数量 Sample quantity	50	样品状态及特性 Sample status	蓝色 Blue
样品接收日期 Sample receiving date	2020.3.17	检测日期 Date of test	2020.3.18
检测方法/仪器 Test methods/equipment	TSI 8130 自动滤料测试仪、拉力机 TSI 8130 automatic filter tester, tension machine		
报告说明 Report declaration	依据普通防护口罩 T/CTCA 7-2019 检验标准，检测结果仅证明来样所检测项目的符合性，本报告数据不具有法律效力 According to the test standard for general protective masks T / CTCA 7-2019, the test results only prove the conformity of the sample, and the data in this report does not have legal effect		

2. 检测数据 Test results

样品名称 Sample name	样品编号 Sample No.	检测项目/检测结果 Test items/ Test results			
		透过率 Transmittance	过滤效率 Filtration efficiency	阻力 Resistance	口罩松紧带断裂强度 Mask elastic band breaking strength
一次性使用口罩 (1) Disposable masks (1)	Nmn-01	4.21%	95.79%	40Pa	Qualified
一次性使用口罩 (2) Disposable masks (2)	Nmn-01	4.43%	95.57%	39Pa	Qualified
一次性使用口罩 (3) Disposable masks (3)	Nmn-01	4.87%	95.13%	37Pa	Qualified
测试结论: ■ 合格 ■ 不合格 Test results: ■ Qualified ■ Failed					

检测结果

Test Results

报告书编号: 2020J-003 来样登记号: 2020J-003 第 1 页(共 1 页)
Report No. 2020J-003 Sample Registration No. 2020J-003 Page 1 (1/1)

样品名称: 一次性使用口罩 型号规格: NMN-01 17.5cm*9.5cm
Name of Sample: Disposable Mask Specification Type: NMN-01 17.5cm*9.5cm

检测性质: 委托检测 来样方式: 送检
Test Category: Commissioned Testing Sample Collection Method: Receiving

任务来源: 厂家送检 样品数量: 50 片/盒*4 盒
Task Source: Receiving from Manufacturer Number of Sample: 50 pieces/box*4 boxes

称生产单位: 漳州市康维医疗器械有限公司 样品状态: 符合检测要求
Manufacturer: Zhangzhou Kangwei Medical Sample Conditions: Conformed to Testing
Devices Co., Ltd Requirements

称委托单位: 漳州市康维医疗器械有限公司 收样日期: 2020.3.18
Trust Organization: Zhangzhou Kangwei Medical Sample Receiving Date: 18-03-2020
Devices Co., Ltd

受检单位: 漳州市康维医疗器械有限公司 检测日期: 2020.3.18-2020.3.25
Tested Organization: Zhangzhou Kangwei Medical Test Date: 18-03-2020 to 25-03-2020
Devices Co., Ltd

通讯地址: 漳州市长泰县兴泰开发区欧山村 报告日期: 2020.3.25
横山 198 号
Contact Address: Hengshan 198, Oushan Village, Report Date: 25-03-2020
Xingtaikaifaqu, Changtai County, Zhangzhou City

批号或生产日期: 2020 年 3 月份
Production Date: March, 2020

参照标准: GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》口罩普通级
Reference Standard: GB 15979-2002 "The Sanitary Standard of Disposable Sanitary Products", Ordinary
Masks

检测项目：细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数
Test Items: Total Number of Bacterial Colony, Coliform Group, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Hemolytic Streptococcus, Total Number of Fungal Colony

检测结果：

Test Results:

检测项目 Test Item	参照标准 Reference Standard	结果 Result
细菌菌落总数, cfu/g Total Number of Bacterial Colony, cfu/g	<=200 <=200	<20 <20
大肠菌群 Coliform Group	不得检出 No Coliform Group	未检出 No Coliform Group
绿脓杆菌 Pseudomonas Aeruginosa	不得检出 No Pseudomonas Aeruginosa	未检出 No Pseudomonas Aeruginosa
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus	不得检出 No Staphylococcus Aureus	未检出 No Staphylococcus Aureus
溶血性链球菌 Hemolytic Streptococcus	不得检出 No Hemolytic Streptococcus	未检出 No Hemolytic Streptococcus
真菌菌落总数, cfu/g Total Number of Fungal Colony, cfu/g	<=100 <=100	<20 <20

*注：检测结果仅供参考，不具有证明作用。

*Note: The test results are for reference only.

单位：（章）

Organization: (Seal)

批准：（签字）

审定：（签字）

校核：（签字）

编制：（签字）

Approver: (Signature)

Examiner: (Signature)

Verifier: (Signature)

Editor: (Signature)

共打印 2 份

2 copies in total